

入札の質疑に対する回答（平成29年8月25日公告分）

契約番号	29	
契約件名	自動体外式除細動器（AED）賃貸借	
質疑受付日	質疑	回答
9月4日	仕様書 2 (2) 「AED用キャリングバッグ YC-310V」とありますが、デザインは異なりますが、機能は同じ(AED本体、予備電極パッド、レスキューキット収納)弊社製のキャリングケース (AE-D3104) でもよろしいでしょうか。	可能です。
9月4日	仕様書 2 (3) ア/イ バッテリーについて「3年ごとに交換」使い捨てパッドについて「2年ごとに交換」とありますが、弊社では全ての電極パッド等の期限を管理しております。期限が切れる1ヶ月前の交換でよろしいでしょうか。バッテリーは概ね4年、使い捨てパッドは概ね2年での交換となります。また、交換は新しい消耗品を設置先に送付する運用でよろしいでしょうか。	バッテリーパックの待機寿命は、概ね4年とされていますが、設置環境や使用状況により、バッテリー寿命が短くなる恐れがあるため、仕様書に示すとおり3年ごととします。 交換に関しては、1ヶ月前の交換とします。 消耗品は、設置先ではなく、契約先に送付とします。
9月4日	仕様書 5 (8) 「動産総合保険」とありますが、「装置の盗難・破損・故障の原因がお客様にある場合を除き、受注者の費用負担により装置の交換または修繕を行う」との基準で動産総合保険同等以上を保証しておりますので、加入は不要でよろしいでしょうか。	動産総合保険同等以上の保証がされるのであれば、加入は不要とします。 また、仕様書5(7)に「発注者の責めに帰すことができない事由により盗難・破損等をした場合に伴う交換・修理に掛かる費用については、賃借料に含むものとする。」とあります。