


入札の質疑に対する回答（令和7年4月25日公告分）

| | | |
|---------|---|---|
| 契約番号 | 3 | |
| 契約件名 | 自動体外式除細動器（AED）賃貸借 | |
| 質疑受付日 | 質 疑 | 回 答 |
| 5 / 9 | <p>設置場所の部屋の階層・構造・広さを教えて頂けますでしょうか。</p> | <p>設置場所は1階層・RC造になります。なお、広さにつきましては、別紙をご参照ください。</p> |
| 5 / 1 2 | <p>仕様書 5 (1) 本郷ふれあい公園 本体 仕様書 5 (2) 最終処分場浸出水処理施設 本体 「AED-3100」とありますが、 2物件共に遠隔監視システムは必須の認識でよろしいでしょうか。 遠隔監視システムが必須な場合は日本光電工業株式会社が提供するAEDリモート監視システムを利用して1日1回のAED自己診断結果の情報を弊社で受信し、消耗品の交換時期等を確認、異常がある場合はお客様ご指定の連絡先に弊社コールセンターから電話連絡によりご報告させていただき、AEDの異常内容をお客様にご確認頂く運用が必須であるとの認識でよろしいでしょうか。</p> <p>また上記対応に加え、AEDの稼働状態（AED本体の故障、パッドの使用期限、バッテリー残量）のレポート提出は必要でしょうか。必要な場合、レポートの提出のタイミングを「毎月」「隔月」「年1回」からお教え頂けますでしょうか。 なおレポートの提出は遠隔監視シ</p> | <p>遠隔監視システムについては、本郷ふれあい公園設置分のみとなります。</p> <p>遠隔システムの運用については、お見込みのとおりです。</p> <p>また、稼働状態のレポート提出は毎月でお願いします。</p> <p>なお、設置場所の電波状況についてもお見込みのとおりです。</p> |

| | | |
|------|---|--|
| | <p>システムをご利用の場合に限定したサービスでメールにて提出します。</p> <p>また設置場所の電波状況が悪い場合は、通信状況の改善する場所を検討し、それでも改善が難しい場合は、別途協議するとの認識でよろしいでしょうか。</p> | |
| 5/12 | <p>仕様書 5 (1) 本郷ふれあい公園 付属品 仕様書 5 (2) 最終処分場浸出水処理施設 付属品</p> <p>「AED 用キャリングバック」とありますが、メーカー純正品とデザインは異なりますが、機能は同じ(AED 本体、予備電極パッド、レスキューキット収納)弊社製のキャリングケースでもよろしいでしょうか。</p> | <p>同様の機能を有しているキャリングケースであれば、かまいません。</p> |
| 5/12 | <p>仕様書 5 (1) 本郷ふれあい公園 消耗品 仕様書 5 (2) 最終処分場浸出水処理施設 消耗品</p> <p>本件の消耗品交換については、下記の運用でもよろしいでしょうか。</p> <p>① 消耗品の定期交換は、使用期限を迎える前に、QRコード読取で交換要領が分かる案内文書と新しい消耗品を弊社負担で設置先に送付、消耗品は設置先のご担当者に交換して頂き、同梱の返送伝票で古い消耗品を返送頂く運用。</p> <p>② AED使用時には、弊社コールセンターへご連絡頂き、QRコード読取で交換要領が分かる案内</p> | <p>① 消耗品定期交換につきましては、ご契約者にて設置対応をお願いいたします。</p> <p>② 使用後の補充につきましてもご契約者にて設置願います。</p> |

| | | |
|------|--|--|
| | <p>文書と補充消耗品を弊社負担で設置先に送付、消耗品は設置先のご担当者に交換して頂き、同梱の返送伝票で古い消耗品を返送頂く運用。</p> | |
| 5/12 | <p>仕様書 5 (1) 本郷ふれあい公園 「耐低温日射自立式屋外型 AED 収納ボックス：AED310KB」とありますが、 弊社では安全性の観点から屋外ボックス自立式をご利用の際は、床へのアンカー固定を必須させて頂いております。 設置予定箇所の床の材質（例コンクリート、地面等）は何でしょうか。 また、アンカー固定可能な場所となりますでしょうか。</p> | <p>床材はコンクリートとなり、アンカー固定は可能です。</p> |
| 5/12 | <p>仕様書 6 (6) 「取扱説明」とありますが、 胸骨圧迫・人工呼吸の手順はAEDに付帯する簡易取扱説明書に図示され、その他に取扱説明書を同梱しており、取扱説明の YouTube 動画を用意しています。また、弊社コールセンター（24時間対応）へ連絡いただければ、質問や不明点に詳しくお応えする体制もございます。 そのため、現地対応は不要との認識でよろしいでしょうか。</p> <p>もし、現地対応が必要である場合には、弊社社員が AED 本体を展示し、取扱説明書を用いて、具体的に AED 使用方法・心肺蘇生法をご説明すればよろしいでしょうか。</p> | <p>納品時の取扱説明は必要と考えます。 なお、現地対応については、お見込みのとおりです。</p> |


| | | |
|---------|---|--|
| 5 / 1 2 | <p>仕様書 6 (7)</p> <p>「交換・修理」とありますが、機器の異常が発生した場合はお客様より弊社コールセンターへ連絡いただき、AEDの異常内容をお客様にご確認頂き、状況を確認のうえ機器交換を行い原状復帰します。修理ではなく機器交換しますがご了承いただけますでしょうか。</p> | <p>正常作動する状態を維持できるようお願いいたします。</p> <p>なお、交換等に要する経費については、入札金額に含むものとします。</p> |
| 5 / 1 2 | <p>仕様書 6 (8)</p> <p>「動産総合保険」とありますが、添付文書の内容で動産総合保険同等以上を保証しておりますので、加入は不要でよろしいでしょうか。</p> | <p>動産総合保険同等又はそれ以上の内容が保証されるのであれば加入は不要です。</p> |




立面図 S=1:80

| 名称 | 使用材料 |
|---------|--|
| 屋根 | RC造 天端・ウレタン塗装 |
| 外壁 | 見付：二丁掛タイル張り (落書き対策処理) |
| 採光 | サンドーム (SUS製・900角) |
| 屋根納入ガラス | ⑦ 6.8 |
| 換気 | SUS製丸分りφ100 |
| 外壁 | 二丁掛タイル張り (落書き対策処理) |
| 内壁 | 100角タイル張り (落書き対策処理) |
| 床 | 床用100角タイル張り |
| 男子用便室 | 入口三方枠：SUS製 (HL) フース・フェノール種層板 W=600 表示付打掛錠 |
| 多目的用便室 | 扉貫入：フェノール種層板 管理設付 W=450 入口三方枠：SUS製 (HL) ハンガードア：SUS板フラッシュ (HL) アルミ製換気分り・管理設付 |
| 女子用便室 | 金物：SUS製引手・打掛表示錠 非常開錠置付 入口三方枠：SUS製 (HL) フース・フェノール種層板 W=600 表示付打掛錠 |

天井：アイボリー (25-90B)
 内壁タイル：IM-100P1/NY2H (LIXIL)
 床タイル：ALS-100/3 (LIXIL)
 フース：アイボリー



屋根伏図 S=1:80



屋根伏図 S=1:80

設置場所

弊社は、「装置の盗難・破損・故障の原因がお客様にある場合を除き、弊社の費用負担により装置の交換または修繕を行う」との基準により、対応をいたしております。

お客様に原因がないものとして、弊社費用負担による対応となります範囲につきましては、以下の例をご参照ください。なお、以下は代表的な状況を例示したものであり、実際にAEDの盗難等が発生した場合は、その状況について確認した上での対応となりますことを、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

< 盗難・紛失 >

(弊社費用負担となる例)

盗難を防止する十分な物理的規制があったにも関わらず、盗難が発生した場合

[十分な物理的規制といえる目安]

- ① 誰でもいつでも取り出せる状態で保管する場合は、警報装置のついた弊社の用意した専用のボックスに保管されている。
- ② マンションなどの場合、エントランス等のオートロックの内側に設置されている。
- ③ 施設内に設置する場合、AEDの持ち出しを施設の管理者が目視できる場所に設置されている。
- ④ AEDを設置している施設が夜間無人となる場合は、施錠され外部からの侵入が制限されている。

(弊社費用負担とならない例)

- ① 盗難を防止する十分な物理的規制がない場合 (上記の目安を満たさない場合)
- ② AEDを持ち出し、移動中や使用後に置き忘れ、盗難にあった場合
- ③ お客様の監視下にある者による盗難であった場合

< 破損・故障 >

(弊社費用負担となる例)

- ① 必要なときにAEDを持ち出そうとして、うっかり落とした場合
- ② 壁掛け用金物にしっかりと取り付けていたが、第三者が誤ってぶつかり落下して破損した場合

(弊社費用負担とならない例)

- ① 故意に壊した場合
- ② 車道上など破損の可能性が高い場所に置いていた場合
- ③ 機器を分解した場合
- ④ AEDの取扱説明書に記載された保管環境を逸脱して保管されていた場合

< 天災害による破損・滅失 >

お客様に原因がないことから、契約規約に従い弊社費用負担で、装置の交換または修繕を行います。

